

Tuyên Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý các Công ty

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đang có nhu cầu mua sắm giường bệnh nhân 2 tay quay, giường chuyển bệnh nhân phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Nay thông báo đến Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Danh mục cần báo giá: Phụ lục 1

Hồ sơ báo giá gồm: 1. Bảng chào giá theo mẫu **Phụ lục 2**

2. Các tài liệu liên quan (nếu có)

2. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 24/10/2022

Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

(Bản cứng và bản scan đã đóng dấu gửi qua email: bvdkhtuyenhoaqb@gmail.com).

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357

Xin trân trọng cảm ơn Quý đơn vị !

Nơi nhận :

-Như trên

-Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Phương

Phụ lục 1

DANH MỤC BÁO GIÁ

(Kèm thư mời báo giá số 789/TM-BVĐKTH ngày 19 tháng 10 năm 2022)

TT	Tên hàng hóa, tài sản mua sắm	Tính năng thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	GIƯỜNG BỆNH NHÂN 2 TAY QUAY	<u>Yêu cầu chung</u> ✓ Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng ✓ Năm sản xuất: 2022 trở về sau ✓ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương ✓ Nhóm trang thiết bị y tế (theo Thông tư số 14/2020/TTBYT): Nhóm 6, tương đương hoặc cao hơn <u>Cấu hình chuẩn:</u> ✓ Giường chính: 01 cái ✓ Bánh xe: 04 Cái. ✓ Đệm: 01 Cái. ✓ Bàn ăn: 01 Cái. ✓ Cọc truyền dịch: 01 Cái. ✓ Tay quay: 02 cái ✓ Thanh chắn: 02 cái ✓ Nhà cung cấp phải liệt kê và cung cấp toàn bộ phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo để thiết bị có thể hoạt động ngay sau khi lắp đặt <u>Thông số kỹ thuật:</u> ✓ Kích thước: ✓ Chiều dài: : $\geq 2210\text{mm}$ ✓ Chiều rộng: : ≥ 960 ✓ Chiều cao: : $\geq 450\text{mm}$ (không tính đệm) ✓ Nâng hạ phần đầu: $0 \sim 85^\circ$ ✓ Nâng hạ phần chân: $0 \sim 45^\circ$ ✓ Phần lưng và chân có thể điều chỉnh bằng tay quay ✓ Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống hoặc tương đương. ✓ Đầu giường: Dạng dây lưới hoặc tương đương. ✓ Có lan can của giường. ✓ Có bàn ăn. ✓ Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện hoặc tương đương. <u>Đặc điểm kỹ thuật:</u> ✓ Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng và tấm đầu gối thông qua hệ thống tay quay; ✓ Tấm đầu giường và cuối giường có thể tháo	Cái	20

		rời; ✓ Có 04 bộ chống va đập ở 04 góc giường, có 04 bánh xe giảm chấn; ✓ Tay vịn hai bên có thể gấp lại, có chống va đập; ✓ Tay quay có thể điều chỉnh phần lưng và gối ✓ Kết cấu khung giường: tấm và ống thép hoặc tương đương ✓ Có bàn ăn trên giường; Bàn ăn được làm bằng nhựa P.P/ ABS hoặc tương đương, có thể gấp lại khi không sử dụng ✓ Có Lan can, có thể gấp lại; làm bằng nhôm và nhựa P.P/ ABS hoặc tương đương <u>Yêu cầu khác:</u> ✓ Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng ✓ Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao thiết bị ✓ Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa ✓ Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng ✓ Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần		
2	GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH NHÂN	<u>Yêu cầu chung</u> ✓ Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng ✓ Năm sản xuất: 2022 trở về sau ✓ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương ✓ Nhóm trang thiết bị y tế (theo Thông tư số 14/2020/TTBYT): Nhóm 6, tương đương hoặc cao hơn <u>Cấu hình chuẩn</u> ✓ 01 Giường (băng ca) chính ✓ 01 Cây truyền dịch ✓ 01 Giỏ đựng đa năng ✓ 01 Đệm ✓ 01 Khung giữ bình oxy ✓ 01 Giỏ đa năng ✓ 01 Thất lưng ✓ Nhà cung cấp phải liệt kê và cung cấp toàn bộ phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo để thiết bị có thể hoạt động ngay sau khi lắp đặt <u>Thông số kỹ thuật</u> ✓ Kích thước ✓ Chiều dài: $\geq 2095\text{mm}$.	Cái	03

		✓ Chiều rộng: ≥ 840 mm ✓ Chiều cao: ≥ 515 mm; ✓ Góc nâng lưng: 0°-75° ✓ Góc Trendelenburg/Reverse Trendelenburg: 0°-12° ✓ Đường kính bánh xe ≥ 125mm ✓ Kích thước đệm: ≥ 600 mm x 1.900mm Đặc điểm kỹ thuật: ✓ Có khả năng điều chỉnh được nhiều tư thế như: tư thế dựa lưng có hỗ trợ lò xo khí, điều chỉnh độ cao lên - xuống, tư thế Trendelenburg Reverse Trendelenburg với hệ thống nâng thủy lực . ✓ Có bánh xe chuyển động 360° với hệ thống phanh trung tâm. ✓ Có thể điều chỉnh tựa đầu với hệ thống giảm chấn. ✓ Khung giường(băng ca) chính được sơn phủ tĩnh điện hoặc tương đương. ✓ Tay vịn (lan can) của băng ca được làm bằng kim loại có khóa an toàn và có thể gấp lên xuống hoặc tương đương. ✓ Bề mặt giường được làm bằng kim loại hoặc tương đương. ✓ 4 góc của giường(băng ca) có bộ giảm va đập được làm bằng nhựa hoặc tương đương <u>Yêu cầu khác:</u> ✓ Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng ✓ Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao thiết bị ✓ Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa ✓ Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng ✓ Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần		
		Cộng 02 khoản		

Phụ lục 2

Biểu mẫu bản chào giá

(Kèm theo thư mời số /TM-BVĐKTH ngày...tháng....năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa)

Thông tin của đơn vị báo giá

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

Căn cứ thư mời báo giá số /TM-BVĐKTH ngày... tháng ...năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa.
Chúng tôi (tên đơn vị.....) có địa chỉ tại

Xin gửi đến Quý Bệnh viện bản chào giá như sau:

TT	Tên hoàng hóa, tĩa sản mua sắm	Hãng sản xuất, chủng loại (Model), xuất xứ	Tính năng thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước/ Đơn vị sản xuất	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Phân nhóm (TT 14)	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Giá kê khai (NĐ 98)		Mã sản phẩm	Ghi chú

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực ngày kể từ ngày phát hành

Báo giá đã gồm thuế, phí vận chuyển...bên mua không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào thêm.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)