

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng Khoa Dược - Trang thiết bị Y tế

- Số điện thoại: 0919419357

- Email: bvdkhtuyenhoaqb@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trực tiếp tại bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa hoặc qua đường bưu điện (*Mẫu báo giá kèm theo*)

(Bản cứng và bản scan đã đóng dấu gửi qua email: bvdkhtuyenhoaqb@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 24 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế như sau:

ST T	Tên hàng hóa trong HSYC	ĐVT	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng
(1)	(3)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
1	Băng gạc hút nước	Cuộn	Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Tốc độ hút nước < 5s. 10cmx5m	Công ty CP Bông Bạch Tuyết	Việt Nam	1.500

2	Băng thun	Cuộn	"Nguyên liệu: Dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Ngoại quan: Mềm, mịn, có độ đàn hồi. Màu trắng. Độ bền kéo đứt (chiều dọc): 172.6 N Độ giãn 100% sau khi căng 4 giờ: 6.3 Độ bền nén thùng: 186.4 N Độ dẫn dài khi đứt (chiều dọc): 216.0 %: 7.5cmx2m	Danameco	Việt Nam	400
3	BĂNG DÍNH CUỘN VẢI LỤA Y TẾ	Cuộn	Thành phần cấu tạo: - Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm ² . Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Kích thước đúng: 2,5cm x 5m. - Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.	Tanaphar	Việt Nam	2.500
4	Băng bó bột (bột bó băng xương gãy)	Cuộn	Dùng để băng xương gãy:(STAR 10cmx4.6m)	YIWU JIEKANG MEDICAL ARTICLES CO., LTD	Trung Quốc	144
5	Băng bó bột (bột bó băng xương gãy)	Cuộn	Dùng để băng xương gãy:(STAR 15cmx4.6m)	YIWU JIEKANG MEDICAL ARTICLES CO., LTD	Trung Quốc	144
6	Bông y tế Bạch Tuyết	Kg	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt, đóng gói 1Kg/gói	Công ty CP Bông Bạch Tuyết	Việt Nam	50
7	Băng gạc hút nước	Mét	"Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc	Danameco	Việt Nam	8.000

			tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Tốc độ hút nước < 5s - Hàm lượng chất tan trong nước: không quá 0.5% - Hàm lượng chất béo: < 0.1%": 18x26, khổ 0.8m			
8	Chi phẫu thuật DAFILON BLUE không tan tổng hợp đơn sợi	Tép	Chi không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. 3/0 (2) 75CM DS24)	Kollsut International Inc	Hoa Kỳ	1.200
9	Chi phẫu thuật DAFILON BLUE không tan tổng hợp đơn sợi	Tép	Chi không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. 2/0 (3) 75CM DS24	Kollsut International Inc	Hoa Kỳ	360
10	Chi tan chậm tự nhiên Chromic Catgut	Tép	Chi tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. kim tròn	Cty TNHH Chi Phẫu Thuật CPT	Việt Nam	1.500
11	Chi phẫu thuật tiết trùng VICRYL	Tép	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1/0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2C	Kollsut International Inc	Hoa Kỳ	1.000
12	Chi phẫu thuật tiết trùng VICRYL	Tép	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0 dài 75cm, kim taper point plus 26mm, 1/2C	Kollsut International Inc	Hoa Kỳ	300
13	Chi phẫu thuật tiết trùng VICRYL	Tép	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0 dài 75cm, kim taper point plus 26mm, 1/2C	Kollsut International Inc	Hoa Kỳ	800

14	Bơm tiêm sử dụng một lần	Cái	Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	50.000
15	Bơm tiêm sử dụng một lần	Cái	Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết $\leq 0.03\text{ml}$, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	2.000

			tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)			
16	Bơm tiêm sử dụng một lần	Cái	Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	70.000
17	Bơm tiêm sử dụng một lần	Cái	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Gioăng bẻ mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	3.000

			gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)			
18	Bơm tiêm cho ăn 50ml	Cái	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	50
19	Dây thở oxy	Cái	Dây dẫn chiều dài $\geq 2m$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em,. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	200
20	Dây thở oxy	Cái	Dây dẫn chiều dài $\geq 2m$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm cỡ, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	600
21	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần	Bộ	Dây dẫn dài $\geq 1500mm$, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	15.000

			phần đầu nối có bầu cao su tiếp thuốc. - Đầu nối kim làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, có thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). - Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. - Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. - Bùng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích $\geq 8.5\text{ml}$. - Kim 2 cánh bướm các cỡ. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Không chứa độc tố DEHP			
22	GEL SIÊU ÂM	Lít	Gel siêu âm, Gel điện tim phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não. Can 5 lít	Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị y tế An Phú	Việt Nam	200
23	Giấy điện tim	Cuộn	Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310, New Tech 3105B, Edan SE3, Suzuken Cardico 306 (sọc đỏ) 80mm x 20m	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	200
24	Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm	Cuộn	Dùng cho máy siêu âm. KT giấy 110 mmx20m. Giấy chất liệu tốt, in kết quả rõ đẹp	Zeit Trading Co., Ltd	Hàn Quốc	200
25	Kim cánh bướm	Cái	Có Luer Lock, kích cỡ kim số , 23G dùng để truyền dịch người lớn. Thành kim mỏng, cánh mềm, chiều dài dây 30cm.	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	5.000
26	Kim cánh	Cái	Có Luer Lock, kích cỡ	Công ty cổ	Việt	5.000

	bướm		kim số , 25G, dùng để truyền dịch người lớn. Thành kim mỏng, cánh mềm, chiều dài dây 30cm.	phần Nhựa y tế Việt Nam	Nam	
27	Kim châm cứu các loại, các cỡ	Cái	Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm) Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485	Suzhou Medical Appliance Factory;	Trung Quốc	200.000
28	Kim chích máu	Cái	Kim số 28G, Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết, các xét nghiệm khác	Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd	Trung Quốc	3.000
29	Kim lấy thuốc	Cái	Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, kích thước 18G	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	70.000
30	Kim luồn mạch máu	Cái	Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Catheter nhựa Có 4 đường cân quang ngầm:18G	Disposafe Health and Life Care Ltd	Ấn Độ	2.000
31	Kim luồn mạch máu	Cái	Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Catheter nhựa Có 4 đường cân quang ngầm:20G	Disposafe Health and Life Care Ltd	Ấn Độ	3.000
32	Kim luồn mạch máu	Cái	Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Catheter nhựa Có 4 đường cân quang ngầm:22G	Disposafe Health and Life Care Ltd	Ấn Độ	3.500
33	Kim luồn mạch máu	Cái	Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim	Disposafe Health and	Ấn Độ	3.500

			vát 3 mặt. Cathether nhựa Có 4 đường cân quang ngâm:24G	Life Care Ltd		
34	Kim lượn tĩnh mạch sơ sinh	Cái	Kim lượn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cân quang ở thân catheter, có cánh và có cửa bơm thuốc, có đầu bảo vệ an toàn bằng nhựa tự động kích hoạt khi rút kim, có khả năng lưu kim được đến 96h. Thân kim không chứa kim loại sử dụng được trong phòng MRI. Tiệt trùng bằng công nghệ EO Các cỡ với các màu khác nhau: 24G x 3/4" (I.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min): màu vàng; 22G x 1" (I.D: 0.9 x 25 mm, 42ml/min): màu xanh nước biển; 20G x 1- 1/4" (I.D: 1,0 x 32 mm, 59ml/min): màu hồng; 18G x 1-3/4" (I.D: 1,3 x 45 mm, 96ml/min): màu xanh lá cây; 16G x 1-3/4" (I.D: 1.75 x 45 mm, 225ml/min): màu xám; 14G x 1-3/4" (I.D: 2.0 x 45 mm, 290ml/min): Màu cam;	DeltaMed S.p.A	Ý	18.800
35	Kim gây tê, gây mê	Cái	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G27, sắc bén. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra	B. Braun Aesculap Japan Co. Ltd	Nhật Bản	600
36	Dụng cụ kiểm tra huyết áp	Cái	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, bao gồm bao vải + quả bóp có van: Cỡ người lớn	Tanaka Sangyo Co., Ltd	Nhật Bản	30
37	Ống nội khí quản sử dụng một lần (bao gồm ống nội	Cái	Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cân quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn: số :7.0mm	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Trung Quốc	100

	khí quản canlene)					
38	Ống nội khí quản sử dụng một lần (bao gồm ống nội khí quản canlene)	Cái	Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cán quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn: số 7.5mm	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Trung Quốc	100
39	Dụng cụ kiểm tra huyết áp	Cái	Thiết kế mặt nghe :2 mặt. Chuông & màng chắn, loại hai chiều có độ nhạy âm cao. Càng ống nghe làm bằng chất liệu Aluminum. Dây dẫn có thiết kế chữ Y: nhựa P.V.C. Màu xám hoặc đen	Tanaka Sangyo Co., Ltd	Nhật Bản	20
40	Ống thông dạ dày	Cái	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - cỡ :16. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Công ty CP nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	50
41	Ống thông dạ dày	Cái	Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Hoàng Sơn/ Việt Nam	Việt Nam	50
42	Ống thông (catheter)	Cái	2 nhánh. Chất liệu cao su, bề mặt ống phủ Silicone , độ cong thích hợp. Tron lág không gây tổn thương, không gây kích ứng da: cỡ 16Fr	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Trung Quốc	600
43	Túi đựng nước tiểu	Cái	Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	600

			ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)			
44	Túi máu đơn có dung dịch bảo quản CPDA-1	Túi	Có cấu trúc gồm 1 túi dung tích 250ml Túi chứa 35ml dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1. Hạn dùng 36 tháng	Terumo BCT Vietnam Co., Ltd	Việt Nam	20
45	Kẹp rốn	Cái	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng.	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	2.000
46	Dây truyền máu	Bộ	Loại 20 giọt/mL - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC	Kofu Factory of Terumo Corporation	Nhật Bản	20
47	Dây hút dịch (nhót)	Cái	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn Iso 9001, iso 13485 hoặc tương đương.Số 16	Hoàng Sơn – Việt Nam	Việt nam	100
48	Dây hút dịch (nhót)	Cái	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn.	Hoàng Sơn – Việt Nam	Việt nam	100

			Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn Iso 9001, iso 13485 hoặc tương đương.Số 14			
49	Dây hút dịch (nhót)	Cái	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn Iso 9001, iso 13485 hoặc tương đương.Số 12	Hoàng Sơn – Việt Nam	Việt nam	100
50	Dây hút dịch (nhót)	Cái	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn Iso 9001, iso 13485 hoặc tương đương.Số 10	Hoàng Sơn – Việt Nam	Việt nam	100
51	Dây hút dịch	Cái	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có	Hoàng Sơn – Việt Nam	Việt nam	100

	(nhót)		chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn Iso 9001, iso 13485 hoặc tương đương. Số 8			
52	Gạc phẫu thuật ổ bụng	Gói	Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Tốc độ hút nước < 5s. 40 x 40cm x 4 lớp	Danameco	Việt Nam	500
53	Phim X-Quang DI-HT 20X25cm	Hộp	Kích cỡ: 20X25cm Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim nhiệt model: DryPix 2000/3000, Drypix Lite.	FUJIFILM SHIZUOKA Co.,Ltd	Nhật Bản	120
54	Phim X-quang DI-HL 35x43cm	Hộp	- Kích thước 35cmx43cm. - Công nghệ in: khô, laser. - Tương thích với máy in phim khô laser Fuji, Drypix series: Drypix Plus (Drypix 4000), Drypix Smart (Drypix 6000), Drypix 7000, Drypix Edge (Drypix 8000)	Fujifilm Shizuoka Co.,Ltd	Nhật Bản	20
55	Lưỡi dao mổ số 10	cái	Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10.	Kehr Surgical Private Limited	Ấn Độ	2.000

56	Lưỡi dao mổ số 11	cái	Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiết trùng bằng tia gamma, các số 11.	Kehr Surgical Private Limited	Ấn Độ	1.000
57	Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học	cuộn	Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học 58mm x 30m. Nhóm 6.	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Trung Quốc	500
58	Dây garo	cái	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rất, đỏ đau trong quá trình sử dụng. Nhóm 5.	CT TNHH đầu tư và thương mại An Lành	Việt Nam	100
59	Cồn Iod 10% 1000ml	Lọ	Dùng để sát khuẩn ngoài da. Lọ 1000ml	TASUPH/A RM	Việt Nam	200
60	Cồn sát trùng 70 độ	Chai	Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng. Chai 500ml	Thuận Phát	Việt Nam	600
61	Nhiệt kế thủy ngân	cái	- Chất liệu: thủy tinh, có cột thủy ngân, đầu đo tiếp nhiệt. - Đặt trong hộp nhựa, có bộ phận cố định bảo vệ đầu đo tiếp nhiệt. - Hiện thị nhiệt độ: từ 35-42°C, khoảng chia vạch 0,1°C, độ chính xác: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.	Dong-E E-Jiao E-Hua Medical Equipment/ Trung Quốc	Trung Quốc	100
62	Presept	viên	Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,7gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate (tương đương 56% w/w chlorine hoạt tính). Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn,	Intersan - plus LLC	Nga	5.000

			vật dụng trong gia dụng và y tế. 2,5g			
63	Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp	Ống	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Công ty CP Vật tư Y tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	3.000
64	Vôi Soda	Kg	Vôi soda Litholyme hấp thụ CO2 chuyển từ trắng sang tím dùng trong phòng mổ	Allied Healthcare Products, Inc	Hoa Kỳ	5
65	NK-PYLORI TEST	Test	Hộp 20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh H.pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy. Hộp 20 test	CT TNHH Dịch vụ và thương mại Nam Khoa	Việt Nam	1.000
66	Túi luồn Camera M6	Cái	Được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cmX 14cm. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas	Danameco	Việt Nam	200
67	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA	Can	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, Ph 7,2-7,8. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử. Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao	Systagenix Wound Management Manufacturing Limited	Vương Quốc Anh	50

			(Mycobacterium bovis). Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.). Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS. Can 3,78 lít			
--	--	--	---	--	--	--

GIÁM ĐỐC



Lâm Tuấn Phương

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm [ghi ngàytháng...năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
**Đại diện hợp pháp của hãng sản
xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
 - (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
 - (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
 - (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
 - (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
 - (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
 - (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
 - (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
 - (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
 - (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.