

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy siêu âm tổng quát (2D, 2 đầu dò) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng Khoa Dược - Trang thiết bị Y tế

- Số điện thoại: 0919419357

- Email: bvdktuyenhoaqb@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trực tiếp tại bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa hoặc qua đường bưu điện (*Mẫu báo giá kèm theo*)

(Bản cứng và bản scan đã đóng dấu gửi qua email: bvdktuyenhoaqb@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 24 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế như sau:

	MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT (2D, 2 đầu dò)
I	YÊU CẦU CHUNG:
	-Máy mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau
	- Đáp ứng tiêu chuẩn QLCL: ISO 13485 hoặc tương đương
	-Điện nguồn cung cấp : 220 VAC, 50Hz
	-Điều kiện môi trường làm việc:
	Nhiệt độ tối đa : $\geq 40^{\circ}\text{C}$
	Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ (không ngưng tụ)
	Áp suất tối đa: $\geq 1060\text{ hPa}$
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH:
	Máy chính với đầy đủ các tính năng kỹ thuật và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 bộ

	Phụ kiện kèm theo bao gồm cả các hạng mục có trong phụ kiện tiêu chuẩn:
	Đầu dò convex: 01 Chiếc
	Đầu dò linear : 01 Chiếc
	Card kết nối tín hiệu sang máy tính: 01 Chiếc.
	Dây kết nối tín hiệu chống nhiễu: 01 Chiếc
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ
III	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
1.	Máy chính tối thiểu có:
	- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, bánh xe có khóa
	- Kích thước của thiết bị chính: $\geq 1283\text{mm} \times 517\text{mm} \times 747\text{mm}$
	- Trọng lượng tịnh của thiết bị chính $\geq 50\text{kg}$ (không bao gồm đầu dò)
	- Dải động hệ thống: $\geq 280 \text{ dB}$
	- Độ sâu thăm khám tối đa: $\geq 40 \text{ cm}$
	- Thang xám: ≥ 256 mức
2.	Màn hình tối thiểu có:
	- Màn hình hiển thị: ≥ 19 inch, độ phân giải Full HD ($\geq 1240 \times 768$), màn hình có thể xoay nhiều hướng khác nhau
	- Màn hình điều khiển: màn hình LCD màu cảm ứng ≥ 10 inch
	- Khớp nối màn hình có thể xoay 360° , bảng điều khiển có thể xoay.
	- Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản
	- Tích hợp loa có Volume điều chỉnh
	- Số cổng kết nối đầu dò: ≥ 3 cổng
	- Khả năng kết nối qua mạng LAN: Không dây và có dây
3.	Bảng điều khiển và giao diện tối thiểu có:
	- Giao diện điều khiển: Màn hình màu cảm ứng
	- Có thể điều khiển:
	+ Bàn phím chữ và số, Phím backlit Interactive
	+ Thay đổi chiều cao bảng điều khiển, có thể nâng lên hoặc hạ xuống
	• Lên và xuống: $\geq 20 \text{ cm}$
	• Xoay đến $\geq 180^\circ$ tại vị trí trung tâm
	+ Bảng điều khiển có cấu tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giảm số lượng phím vật lý, vị trí nút được tối ưu hóa.
	+ Sử dụng thanh trượt TGC ảo, góp phần làm bố cục giao diện điều khiển rộng rãi và dễ dàng tùy chỉnh các thông số hình ảnh.
4.	Đầu dò
	4.1. Đầu dò Convex tối thiểu có:

	- Dải tần số từ: Từ $\leq 2.5\text{MHz}$ đến $\geq 7.5\text{ MHz}$
	- Bề rộng mặt quét: $\leq 40\text{ mm}$
	- Ứng dụng thăm khám: bụng; âm đạo và trực tràng; chẩn đoán các cơ quan
	- Ứng dụng tạo ảnh: Hình ảnh dòng Doppler xung lá hướng, hình ảnh dòng Doppler màu, hình ảnh dòng Doppler tạo ảnh năng lượng màu, hình ảnh dòng Doppler tạo ảnh ghép cắt lát thời gian thực, hình ảnh dòng Doppler tạo ảnh toàn cảnh, tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm và tạo ảnh hòa âm
	4.2. Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu sâu tối thiểu có:
	- Dải tần số từ: $\leq 2.5\text{MHz}$ đến $\geq 12\text{ MHz}$
	- Bề rộng mặt quét: $\leq 40\text{ mm}$
	- Ứng dụng thăm khám: mạch máu, phần nông, cơ xương khớp
	- Ứng dụng tạo ảnh: Hình ảnh dòng Doppler xung lá hướng, hình ảnh dòng Doppler màu, hình ảnh dòng Doppler tạo ảnh năng lượng màu, hình ảnh dòng Doppler tạo ảnh ghép cắt lát thời gian thực, hình ảnh dòng Doppler tạo ảnh toàn cảnh, tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm và tạo ảnh hòa âm
	- Hỗ trợ dẫn hướng sinh thiết
5.	Các chế độ hoạt động::
	- Ảnh thang xám 2D.
	- Chế độ M.
	- Có phần mềm với khả năng điều hướng chùm tia, tạo ảnh ghép cắt lát theo thời gian thực.
	- Công nghệ tạo ảnh giảm nhiễu đốm ≥ 5 cấp độ.
	- Quét thông minh chỉ với một nút bấm tối ưu.
	- Có khả năng thích ứng bù sáng cho người sử dụng thiết lập tối ưu ảnh theo thời gian thực.
	- Doppler màu.
	- Tạo ảnh năng lượng màu và tạo ảnh năng lượng màu có hướng.
	- Doppler xung với tần số lặp lại xung mức cao.
	5.1. Tạo ảnh 2D tối thiểu có:
	- Tích hợp trên mọi đầu dò tạo ảnh.
	- Hiển thị phóng và phóng to ảnh dừng hình
	- Tạo ảnh ghép chùm tia đa hướng thời gian thực.
	- Tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm.
	5.2. M-mode tối thiểu có:
	- Tích hợp trên mọi đầu dò tạo ảnh.
	- Có thể lựa chọn tốc độ quét.
	- Đánh dấu thời gian: 0.1 và 0.2 giây.

	- Thang xám: ≥ 256 mức.
	5.3. Doppler liên tục có lái hướng tối thiểu có:
	- Tích hợp trong tất cả ứng dụng tim, sử dụng đầu dò rẽ quạt.
	- Dải vận tốc tối đa: ≥ 19 m/giây (phụ thuộc vào đầu dò).
	5.4. Phổ Doppler tối thiểu có:
	- Có trên tất cả các đầu dò tạo ảnh.
	- ≥ 9 vị trí dịch chuyển (bao gồm mức 0).
	- Kích thước thể tích mẫu: ≤ 1 mm đến ≥ 20 mm.
	- Thang xám: ≥ 256 mức.
	5.5. Tạo ảnh Doppler mô tối thiểu có:
	- Tốc độ khung hình: lên đến ≥ 240 khung hình/giây.
	- ≥ 8 bản đồ.
	5.6. Tạo ảnh Doppler màu tối thiểu có:
	- Có ứng dụng trên mọi đầu dò tạo ảnh.
	- Có thể lựa chọn tới ≥ 17 vị trí đường cơ sở.
	- Khả năng thu phóng: từ ≤ 1 lần đến ≥ 8 lần.
	- Đảo màu trong tạo ảnh thực và ảnh dừng.
	5.5. Tạo ảnh hòa âm mô tối thiểu có:
	- Có sẵn ở tất cả các ứng dụng lâm sàng.
	- Hỗ trợ các chế độ ghép cắt lát thời gian thực và tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm.
	5.6. Tạo ảnh năng lượng màu tối thiểu có:
	- Chế độ nhạy cao cho các mạch nhỏ
	- Thuật toán khử nhiễu chuyển động nâng cao; thích hợp với các loại ứng dụng thăm khám khác nhau, loại bỏ hiện tượng ảnh giả do chuyển động màu
	- ≥ 256 hộp màu
	5.7. Tạo ảnh MicroFlow tối thiểu có:
	- Chế độ tạo ảnh siêu nhạy được thiết kế để phát hiện dòng chảy giải phẫu chậm và yếu trong mô.
6	Lưu trữ dữ liệu tối thiểu có:
	- Dung lượng ổ cứng: ≥ 32 GB.
	- Ổ đĩa DVD R/W
	- Cổng USB
	- Hình ảnh định dạng lưu trữ: IMAG
	- Hình ảnh định dạng xuất : BMP, JPG, DCM, PNG, TIFF
	- Phim định dạng lưu trữ: CINE
	- Phim định dạng xuất: AVI

	- Thiết lập lưu trữ nhanh chóng: 3s, 5s, 10s, tùy chỉnh thời gian, hướng dẫn sử dụng
	- Có lập báo cáo theo cấu trúc.
	- Có thể lưu và lấy lại ảnh vào/từ USB.
7.	Khả năng kết nối tối thiểu có:
	- Số cổng lắp đầu dò: ≥ 3 cổng.
	- Có cổng Svideo, Display port.
	- Kết nối DICOM.
	- Đầu ra S-video: ≥ 1
	- Video out: ≥ 1
	- Đầu ra VGA: ≥ 2
	- Ethernet: ≥ 1
	- Điều khiển từ xa: ≥ 1
	- Cổng footswitch: ≥ 2
	- Hệ thống điện trong: ≥ 1
	- Đát cực: ≥ 1
	- Nút nguồn: ≥ 1
	- Đầu ra S-video: ≥ 1
	- Cổng USB: ≥ 6 cổng (Thân máy chính ≥ 2 cổng, Bàn điều khiển ≥ 4 cổng)
8.	Thông tin bệnh nhân và hiển thị đồ họa:
	+Khu vực nhập thông tin bệnh nhân: ID, tên, tuổi, giới tính, ...
	+Có bàn phím ảo trên màn LCD
9.	Khả năng quản lý dữ liệu
	Dữ liệu hình ảnh:
	- Định dạng: +Hình ảnh động/ clip:
	+DICOM (Raw, MJPEG)
	+PC Format (chuẩn máy tính) (AVI, WMV, MP4)
	- Hình ảnh tĩnh: + DICOM (không nén, RLE, RGB, JPEG)
	+ PC Format (chuẩn máy tính) (TIFF, BMP, JPEG)
	- Dữ liệu đo đạc + Có khả năng lưu trữ dữ liệu đo đạc trên ổ cứng máy chính
	- Khả năng lưu trữ: +Lưu trữ trong bộ nhớ máy chính: Khoảng ≥ 32 GB
	+Lưu trữ qua bộ nhớ ngoài thông qua: cổng USB, HDD
	+Lưu trữ thông qua đầu ghi đĩa: CD, DVD

	+Thư mục lưu trữ qua kết nối mạng, định dạng: BMP, JPEG, TIFF, AVI, MWV, MP4
10.	Phương pháp quét:
	- Electronic convex
	- Electronic linear
	- Electronic micro convex
	- Volume convex
11.	Chế độ hiển thị hình ảnh có:
	+ Chế độ B mode
	+ Chế độ M mode
	+ Chế độ PW
	+ Chế độ CW
	+ Chế độ CFM
	+ Chế độ CPA
	+ Chế độ DPD
	+ Hình ảnh hình thang
12.	Đo lường và phân tích:
	12.1 Các phép đo cơ bản:
	- Chế độ B: Khoảng cách, Dist-trace, Diện tích / chu vi, Thể tích, Góc hông J, Biểu đồ, Góc, B.Index
	- Chế độ M: Độ dài (M mode), thời gian, nhịp tim, M.VEL, M.Index
	- MCI Quad/dual display (for B, CFM , CPA)
	- Chế độ D: B+CFM, B+PW, B+CPA, B+DPD, B/M, 3DH
	12. 2 Gói đo các ứng dụng:
	Thước đo sản khoa:
	- Hỗ trợ nhiều thai kỳ
	- Chức năng phân tích tăng trưởng (hiển thị dữ liệu số đo trong quá khứ)
	- Chế độ B
	+Tuổi thai, cân nặng của thai nhi
	+Tỉ lệ
	+Chỉ số nước ối (AFI), AF Pocket / AFV, MVP CTAR / CTR
	+Chiều dài cổ tử cung
	- Chế độ M:
	+Nhịp tim thai nhi
	+Chức năng LV
	- Chế độ D (Doppler): Đo lưu lượng máu
	Các phép đo phụ khoa

	- Chế độ B
	+Đo tử cung
	+ Đo độ dày nội mạc tử cung
	+ Các phép đo cổ tử cung
	+ Các phép đo buồng trứng
	+ Các phép đo dạng nang (Các phép đo thể tích bằng Có thể thực hiện các phép đo 3 trục.)
	+ Đo bàng quang tiết niệu
	- Chế độ D
	+ Động mạch tử cung
	+ Động mạch buồng trứng
	Các phép đo tiết niệu
	- Chế độ B
	+ Thể tích PSA
	+ Bàng quang
	- Chế độ D: Động mạch thận
	Đo tim mạch
	- Chế độ B
	+ Các phép đo thể tích LV
	+ M.Simpson *, Area-length * , Pombo **, Teichholz ** Gibson **, Bullet, BP-ellipse, Simpson
	+ Có thể tự động theo dõi khoang tim. (Phương pháp 3 điểm hoặc hoàn toàn tự động)
	+ Có thể sử dụng phương pháp đo tự động
	+ Các phép đo diện tích van tim (AVA, MVA) , LA / AO
	+ Tỷ lệ
	+ Đo thể tích tâm thất phải
	+ LV khối lượng cơ tim
	+ LA / RA Đo thể tích
	+ Các phép đo FAC
	+ Các phép đo IVC (tĩnh mạch chủ dưới)
	Các thước đo ổ bụng tối thiểu có
	- Chế độ B:
	+Đo túi mật
	+Các phép đo ống mật chung
	+Đo gan
	+Các phép đo tuyến tụy

	+Đo thận
	+Phép đo lách
	+Các phép đo tổn thương chiếm không gian
	+Các phép đo đường kính mạch máu
	+ Số đo phần trăm hẹp
	- Chế độ D
	+ <i>Các phép đo động mạch</i>
	+ <i>Đo động mạch thận</i>
	+Đo tĩnh mạch cửa
	+ <i>Đo mạch máu Shunt</i>
13.	Các chức năng báo cáo tối thiểu có
	- Báo cáo sản khoa
	- Báo cáo phụ khoa
	- Báo cáo chức năng tim
	- Báo cáo tiết niệu
	- Báo cáo gói đo ổ bụng
	- Có thể hiển thị lại các báo cáo đo lường trong quá khứ.
	- Lịch sử dữ liệu kiểm tra có thể được vẽ trên báo cáo.
	- Có thể in trực tiếp từng báo cáo với tùy chọn Máy in PC
	- Có thể xuất giá trị đo lường trong tệp CSV.
14.	Ngôn ngữ
	- English
	- Chinese
	- French
	- Spanish
	- Russian
	- Polish
	- Portuguese
15.	Điều kiện vận hành
	- Nhiệt độ môi trường: từ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 40^{\circ}\text{C}$
	- Độ ẩm tương đối: từ $\leq 30\%$ đến $\geq 75\%$ (không ngưng tụ)
	- Áp suất không khí: từ $\leq 700\text{ hPa}$ đến $\geq 1060\text{ hPa}$
16.	Điều kiện lưu trữ
	- Nhiệt độ môi trường: từ $\leq -5^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 40^{\circ}\text{C}$
	- Độ ẩm tương đối: $\leq 80\%$ (không ngưng tụ)
	- Áp suất không khí: từ $\leq 700\text{ hPa}$ đến $\geq 1060\text{ hPa}$

17.	Tiêu chuẩn chất lượng
	ISO 10.993 đánh giá sinh học của các thiết bị y tế
	Thiết bị y tế IEC 60601-1 Điện
	Thiết bị y tế IEC 60601-1-1 Điện
	Tương thích điện từ IEC 60601-1-2
	IEC 60601-1-4 hệ thống y tế theo chương trình
	IEC 60601-2-37 yêu cầu riêng về an toàn của siêu âm y tế thiết bị chẩn đoán và theo dõi.
IV.	CÁC YÊU CẦU KHÁC
	- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng.
	- Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 10 năm.
	- Cam kết Hướng dẫn vận hành thành thạo thiết bị cho người sử dụng tại Bệnh Viện Đa khoa Huyện Tuyên Hóa
	- Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng.
	- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định.
	- Cam kết cung cấp Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Thông quan); vận đơn ; Packing list; Invoice với các thiết bị nhập khẩu.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày sau khi trúng thầu

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Phương

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
**Đại diện hợp pháp của hãng sản
xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.