

Số: / TM-BVTH

Tuyên Hóa, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá.

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá thẩm định giá để mua sắm thiết bị y tế để phục vụ chuyên môn. Nay thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thẩm định giá, báo giá thẩm định giá thiết bị y tế phục vụ chuyên môn.

(Có phụ lục danh mục trang thiết bị y tế đề nghị thẩm định giá kèm theo)

Báo giá gửi về:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá và năng lực thẩm định giá: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Phan Tiến Dũng, Trưởng khoa Dược - Thiết bị y tế

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Số điện thoại: 0919419357

Địa chỉ Email: bvdktuyenhoaqb@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá và hồ sơ năng lực thẩm định giá:

Nhận qua đường bưu điện, địa chỉ:

Ông: Phan Tiến Dũng, Trưởng khoa Dược - Thiết bị y tế.

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Số điện thoại: 0919419357

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ 09h00 ngày 07 tháng 3 năm 2025 đến trước 10h00' ngày 17 tháng 3 năm 2025.

Các hồ sơ nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Rất mong sự quan tâm của các đơn vị thẩm định giá !

Nơi gửi:

- Như trên;
- Đăng trang Web BV;
- Lưu tại Khoa Dược

GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Phương

Phụ lục

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời thẩm định giá số: /TM-BVTH ngày 07/3/2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa)

TT	Tên hàng hóa, tài sản mua sắm	Tính năng thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng Sản xuất	Nước sản xuất	Giá	Thành tiền
1	HỆ THỐNG TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG CÔNG NGHỆ LASER	1. Yêu cầu chung - Mới 100%, được sản xuất năm 2024 trở về sau - Xuất xứ: các nước thuộc G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, EC - Nguồn điện: phù hợp với lưới điện tại Việt Nam - Có tài liệu thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ 2. Cấu hình thiết bị: 2.1 Máy Laser và phụ kiện: 01 bộ. Bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Kính bảo vệ: 02 cái. - Công tắc đạp chân kép: 01 cái. - Chìa khóa: 02 cái - Dụng cụ chuốt vỏ dây dẫn laser: 02 cái. - Dụng cụ cắt dây dẫn laser: 01 cái - Dây dẫn laser, loại sử dụng nhiều lần: 02 cái 2.2 Bộ dụng cụ nội soi niệu quản tán sỏi. Bao gồm: - Ống kính soi niệu quản bề thận, thị kính gấp góc: 01 cái	Hệ thống	01	Quanta System S.p.A; Richard Wolf GmbH	Ý		

		- Dây dẫn sáng: 01 cái - Kèm gấp sỏi hàm răng chuột: 01 cái - Kèm gấp sỏi hàm có răng: 01 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Máy Laser - Hệ thống laser: Holmium-YAG - Bước sóng: $2100 \text{ nm} \pm 50 \text{ nm}$ - Công suất tối đa: $\geq 35 \text{ W}$ - Năng lượng xung: điều chỉnh từ ≤ 0.1 đến $\geq 5.0 \text{ J}$ - Tần số phát xung: điều chỉnh từ ≤ 3 đến $\geq 30 \text{ Hz}$ - Thời gian xung: điều chỉnh từ ≤ 50 đến $\geq 1100 \mu\text{s}$ - Hệ thống RFID: tự động phát hiện trạng thái dây dẫn laser (có/không có), đường kính và loại dây dẫn laser (sử dụng một lần/có thể tái sử dụng) - Tia dẫn đường: xanh $532 \text{ nm} \pm 5 \text{ nm}$ - Hệ thống làm lạnh: Giải nhiệt bên trong kết hợp khí lạnh - nước theo chu trình khép kín - Trọng lượng: $\leq 95 \text{ kg}$ - Bàn đạp đôi có thể được cài đặt cho 2 chế độ điều trị khác nhau, với nút kích hoạt chờ hoặc sẵn sàng hoạt động - Màn hình cảm ứng: hiển thị công suất, năng lượng, tần số, chế độ hoạt động, thông tin loại dây laser sử dụng, hiển thị cùng lúc 2 chế độ được cài đặt và đang hoạt động của bàn đạp - Vận hành: Hệ thống được cung cấp đèn báo LED, thay đổi màu sắc tùy thuộc vào trạng thái hệ thống laser						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		- Ứng dụng: trong các thủ thuật phẫu thuật như mổ mở, nội soi ổ bụng, nội soi để tán sỏi và để rạch, cắt, cắt bỏ, bóc hơi, đông máu và cầm máu mô mềm trong các chuyên khoa y tế khác nhau, bao gồm: Tiết niệu, Tiêu hóa, Tai mũi họng, Nội soi khớp, Phẫu thuật cắt bỏ đĩa đệm và Phẫu thuật tổng quát - Có các chương trình được cài đặt sẵn: "Lithotripsy 1" và "Lithotripsy 2" cho quy trình tán sỏi, "Soft tissues" cho quy trình điều trị mô mềm + Chương trình "Lithotripsy 1": có tối thiểu có 4 chế độ tán sỏi, trong đó có chế độ tán sỏi thành bụi kết hợp hút sỏi + Chương trình "Lithotripsy 2": có tối thiểu có 4 chế độ tán sỏi, trong đó có các chế độ tán sỏi tuyến nước bọt và chế độ tán sỏi mật + Chương trình "Soft tissues" cho điều trị mô mềm có tối thiểu có 4 chế độ, giúp cắt mô nhanh, chính xác và cầm máu hiệu quả - Dây dẫn tia laser với hệ thống RFID có đa dạng các kích cỡ khác nhau để lựa chọn: 200, 272, 365, 550, 800, 1000 μm, hấp tiệt trùng được. 3.2 Bộ dụng cụ nội soi niệu quản tán sỏi: - Ống kính soi niệu quản bề thận, thị kính gập góc + Kích thước đầu/thân ống soi: $\leq 8/9.8$ Fr + Hướng quan sát: $\geq 12^\circ$ + Chiều dài hoạt động: ≥ 430mm + Kênh dụng cụ cho phép sử dụng 1 dụng cụ đường kính lên đến ≥ 5 Fr hay sử dụng đồng thời						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	hai dụng cụ đường kính lên đến ≥ 3 Fr + Đầu ống soi không sang chân - Dây dẫn sáng + Đường kính ≤ 2.5 mm, dài ≥ 2.3 m. + Có lớp bảo vệ chống gập + Khớp nối nhanh kiểu snap-on. + Hấp được + Phù hợp với tiết trùng nhiệt độ thấp - Kèm gắp sỏi hàm răng chuột + Đường kính 5 Fr, dài ≥ 550 mm. + Tháo lắp được + Xoay được 360 độ + Tay cầm có bảo vệ chống quá lực - Kèm gắp sỏi hàm có răng - Đường kính 5 Fr, dài ≥ 550 mm. - Tháo lắp được - Xoay được 360 độ - Tay cầm có bảo vệ chống quá lực 4. Các yêu cầu khác - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Trong thời gian bảo hành nếu thiết bị có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian thiết bị ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành. - Đảm bảo linh kiện thay thế và sửa chữa: Đảm bảo tối thiểu 8 năm sau bảo hành - Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sỹ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho						
--	---	--	--	--	--	--	--

		cán bộ kỹ thuật – - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương						
--	--	--	--	--	--	--	--	--